



19 mai 2004

## **Nouvelles règles d'utilisation des désinfectants à base d'acide péracétique pour la désinfection manuelle des dispositifs médicaux thermosensibles**

DM-RECO 04 / 04

Après avis du [groupe de travail](#) sur les "dispositifs médicaux réutilisables, les dispositifs de désinfection et de stérilisation", l'évaluation des dossiers et études complémentaires fournis par les différents fabricants a conduit l'AFSSAPS à revoir les règles d'utilisation des désinfectants évalués. Ces règles sont présentées dans un document intitulé : [rapport du contrôle du marché des désinfectants à base d'acide péracétique pour la désinfection manuelle des dispositifs médicaux thermosensibles](#).

En annexe du rapport figurent les courriers des fabricants destinés aux utilisateurs précisant l'ensemble des nouvelles conditions opératoires.

En complément, une [information](#) a été diffusée par l'AFSSAPS à l'ensemble des établissements de santé publics et privés, aux institutions ordinales et aux syndicats des professionnels de santé concernés.

### Courriers des fabricants

- [Nu-Cidex](#) ®
- [Bioxal](#) ® M
- [Anioxyde](#) ® 1000
- [Dynacide](#) ® PA

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.materiovigilance.org>