

Lettre-circulaire : **93559** du 13 août 1993.

Objet : Complément au télex n° 93483 relatif à la sécurité d'utilisation des seringues BD PERFUSION 50ml de BECTON DICKINSON en association avec des pousse-seringues.

A la suite de l'émission du télex cité référence, le Ministère de la Santé a été informé que d'autres modèles de seringues de BECTON DICKINSON étaient également concernés.

En conséquence, **les termes** du télex n°93483 s'appliquent de la même façon aux modèles suivants :

- BD Perfusion 50 ml réf. : 300080
- BD Perfusion 60 ml réf. : 300050
- BP Perfusion 50 ml ambré réf. : 300611

Toutes ces seringues sont marquées "PERFUSION" sur le corps de la seringue.

En revanche, il convient de préciser que le modèle référence 308500, marqué "PLASTIPAK" sur le corps de la seringue, **n'est pas concerné** par ledit télex

Pour tout renseignement complémentaire contacter le Ministère de la Santé - Direction des Hôpitaux - bureau EM1 - tél. : 01 40 56 40 25.

*Pour le Directeur des Hôpitaux
et par délégation,
Le Chef de Service*

Pierre GAUTHIER

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle.
Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication sur papier de la Direction des Hôpitaux.

<http://www.hosmat.fr>