



29 juin 2001

**Retrait du lot 06701 de prothèses mammaires préremplies de gel de silicone, référence IMGHC-TX, de la société POLY IMPLANTS PROTHESES.**

Le lot **06701** de prothèses mammaires préremplies de gel de silicone, référence **IMGHC-TX**, de la société **POLY IMPLANTS PROTHESES** (PIP) est **retiré du marché**, en raison d'une non conformité, par rapport aux spécifications techniques, des proportions des deux parties du gel de silicone (du produit de remplissage). Les éléments à notre disposition ne sont pas de nature à mettre en cause la sécurité des patientes auxquelles cette prothèse a été implantée.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle.

Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

<http://www.hosmat.fr>