



6 septembre 2002

## **Retrait d'un lot du diffuseur portable EASYPUMP LT100-200 A référence 4434381 distribué par B.Braun Médical**

La société B.Braun Médical a **retiré du marché** le 2 septembre 2002 le lot 132185W531 du dispositif médical dénommé diffuseur portable EASYPUMP LT100-200 A / référence 4434381 par mesure de précaution suite à une anomalie ponctuelle au niveau de l'orifice en verre faisant office de régulateur de débit.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

<http://www.hosmat.fr>