



7 novembre 2002

Information relative à l'utilisation du système d'angiographie Axiom Artis SIEMENS équipé d'une version logicielle VA20F et VA21B

En accord avec l'AFSSAPS, la société SIEMENS a informé par courrier les utilisateurs de systèmes d'angiographie Axiom Artis et les correspondants de matériovigilance des sites concernés en France de certaines anomalies du logiciel et de l'installation prochaine d'une nouvelle version logicielle (version VA21C) sur les 14 sites concernés. Cette mise à jour devrait être terminée en France le 15 novembre 2002.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

<http://www.hosmat.fr>