



8 juillet 2002

Courrier d'information relatif à la mise à jour logicielle des ventilateurs de réanimation Evita 4

Suite à deux signalements d'incidents, la société Dräger va procéder, en accord avec l'AFSSAPS, à une mise à jour logicielle de l'ensemble du parc français des Evita 4, non encore équipés en version logicielle 4.n.

Dräger a adressé le courrier aux correspondants locaux de matériovigilance des établissements de santé utilisateurs.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

<http://www.hosmat.fr>