



8 novembre 2002

## Retrait d'un lot du dispositif NUTRIPOCHE EVAM référence FR103STD de la société STEDIM

La société **STEDIM retire du marché** le lot **2/02822** du dispositif médical dénommé "**NUTRIPOCHE EVAM**" référence FR103STD suite à la présence d'une particule de carton dans une poche.

Ce lot n' a été attribué qu'à un seul client.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

<http://www.hosmat.fr>