



13 juin 2002

**Rappel de lots de certaines références d'implants cotyloïdiens inserts alumine des gammes ATLAS et CORIOLIS fabriqués par la société Fournitures Hospitalières Orthopedics.**

La société Fournitures Hospitalières Orthopedics a informé l'AFSSAPS le 4 juin 2002 d'un **rappel** qu'elle a effectué le 30 mai concernant des **inserts de prothèses de hanche des gammes ATLAS et CORIOLIS**. Le dossier est en cours d'évaluation dans le cadre du suivi des incidents enregistrés en matériovigilance (11 ruptures sur environ 3000 prothèses implantées).

---

## **Références et lots d'inserts alumine concernés par le rappel effectué par la société FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE**

### **• Gamme CORIOLIS ALUMINE :**

- Référence **240087**, diamètre 50/28 :  
tous les lots **antérieurs au lot n° D1409 inclus** sont rappelés.
- Référence **240088**, diamètre 52/28 :  
tous les lots **antérieurs au lot n° D1410 inclus** sont rappelés.
- Référence **240089**, diamètre 54/28 :  
tous les lots **antérieurs au lot n° D1416 inclus** sont rappelés.
- Référence **240090**, diamètre 56/28 :  
tous les lots **antérieurs au lot n° D1417 inclus** sont rappelés.
- Référence **240091**, diamètre 58/28 :  
tous les lots **antérieurs au lot n° D1423 inclus** sont rappelés.

- Référence **240092**, diamètre 60/28 :  
tous les lots **antérieurs au lot n° D1429 inclus** sont rappelés.

## ● **Gamme ATLAS ALUMINE A MUR ANTI-LUXATION :**

- Référence **234104**, diamètre 50/28 :  
tous les lots **antérieurs au lot n° E0753 inclus** sont rappelés.
- Référence **234105**, diamètre 52/28 :  
tous les lots **antérieurs au lot n° E0754 inclus** sont rappelés.
- Référence **234106**, diamètre 54/28 :  
tous les lots **antérieurs au lot n° E0755 inclus** sont rappelés.
- Référence **234107**, diamètre 56/28 :  
tous les lots **antérieurs au lot n° E1074 inclus** sont rappelés.
- Référence **234108**, diamètre 58/28 :  
tous les lots **antérieurs au lot n° E1077 inclus** sont rappelés.
- Référence **234109**, diamètre 60/28 :  
tous les lots **antérieurs au lot n° E0877A inclus** sont rappelés.
- Référence **234110**, diamètre 62/28 :  
tous les lots **antérieurs au lot n° E1146 inclus** sont rappelés.

## ● **Gamme ATLAS ALUMINE A BORD PLAT :**

- Référence **242386**, diamètre 52/28 :  
tous les lots **antérieurs au lot n° 100052 inclus** sont rappelés.
- Référence **242389**, diamètre 58/28 :  
tous les lots **antérieurs au lot n° D0011 inclus** sont rappelés.
- Référence **242390**, diamètre 60/28 :  
tous les lots **antérieurs au lot n° D0221 inclus** sont rappelés.
- Référence **242391**, diamètre 62/28 :  
tous les lots **antérieurs au lot n° D0020 inclus** sont rappelés.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

<http://www.hosmat.fr>