



20 mars 2002

Retrait d'un lot de dispositif médical DUOFLO, vaporisateur manuel topique / chirurgical de la société BAXTER

Alerte n° : sans

La société **BAXTER** **retire du marché** le lot **05290106** du dispositif médical vaporisateur manuel topique / chirurgical référence B223200099999 suite à un signalement de détachement de l'embout de vaporisation de ce dispositif lors de son utilisation et du risque potentiel pour le patient au cas où cette séparation se produirait durant une procédure chirurgicale, l'embout de vaporisation n'étant pas radio-opaque. Ce dispositif est utilisé pour l'application de colle de fibrine.

Compte-tenu du nombre réduit de destinataires de ce lot, ceux-ci ont été prévenus directement par le laboratoire. Par conséquent, aucun numéro d'alerte n'a été attribué à ce retrait.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle.

Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

<http://www.hosmat.fr>