



21 octobre 2002

## **Retrait de certaines bouteilles de type B05 de protoxyde d'azote pour cryothérapie de la société Air Products Médical**

La société **Air Products Médical** **retire du marché** certaines bouteilles(\*) de type **B05** de **protoxyde d'azote pour cryothérapie** suite à l'incompatibilité d'une vanne à tube plongeur avec l'utilisation de certains dispositifs de cryothérapie risquant d'endommager ceux-ci.

(\*) Ces bouteilles sont identifiables de la façon suivante : les vannes comportent un point bleu sur le robinet sous la sortie gaz, et / ou une rondelle en plastique de couleur orange située à la base du robinet sous la rondelle colorée d'épreuve.

Cette information ne concerne pas le protoxyde d'azote pour inhalation Air Products Médical, médicament d'anesthésie générale.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

<http://www.hosmat.fr>