



23 juillet 2002

## **Rappel des implants cochléaires Clarion avec positionneur fabriqués par la société Advanced Bionics suite à des cas de méningites**

En accord avec l'AFSSAPS, et par précaution, la société ADVANCED BIONICS a décidé de rappeler volontairement les implants cochléaires de marque Clarion avec positionneur, références AB-5100 H11 et AB-5100 H12, et a adressé le courrier, informant de cette mesure les chefs de service d'oto-rhino-laryngologie et les correspondants de matériovigilance des établissements concernés. L'AFSSAPS a également diffusé des recommandations aux centres implanteurs d'implants cochléaires.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

<http://www.hosmat.fr>