



24 janvier 2002

Retrait relatif à des électrodes aiguilles micro-connecteurs référence 034AMB001 de la société BIOMEDIS

Tous les lots d'électrodes aiguilles micro-connecteurs référence 034AMB001 de la société BIOMEDIS dont la péremption est inférieure ou égale au 30 mars 2003 ont été **retirés du marché** suite à la non validation de la stérilisation.

Compte-tenu du nombre réduit de destinataires de ces dispositifs, ceux-ci ont été prévenus directement par le fabricant.

Par conséquent, aucun numéro d'alerte n'a été attribué à ce retrait.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle.

Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

<http://www.hosmat.fr>