



24 décembre 2002

Retrait de lots de lames à usage unique AccuGlide de la société Bausch et Lomb.

En accord avec l'AFSSAPS, la société Bausch et Lomb France retire du marché les lots 516270 et 517983 de la référence 507-0024 du dispositif médical d'ophtalmologie dénommé lames à usage unique AccuGlide suite à un nombre inexplicable de kératites lamellaires diffuses qui pourraient être associées à ces lots.

Compte - tenu du nombre réduit de destinataires de ces lots, la société Bausch et Lomb France a informé ceux-ci directement.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

<http://www.hosmat.fr>