



25 septembre 2002

## Retrait du dispositif "pâte de protection cutanée Biotrol Superfiller" référence F 05008 de la société B.Braun Medical

La société **B.Braun Medical** **retire du marché** le dispositif médical dénommé **pâte de protection cutanée Biotrol Superfiller** suite à un arrêt de commercialisation de ce produit motivé par une variation de consistance de la pâte.

Cette pâte est utilisée pour protéger la peau autour des colostomies iléostomies fistules....

- voir alerte du 9 septembre 2002

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

<http://www.hosmat.fr>