



26 novembre 2002

Retrait de lots d'aiguilles 8mm et 12mm UNIFINE pour stylo injecteur d'insuline de la société Owen Mumford Ltd.

La société Owen Mumford Ltd. retire du marché les lots commençant par 00A, 00B, 00C, 00D, 00E, 00F, 00G, 00H, 00I, 00K, 00L, 00M, 01A, 01B, 01C, 01D, 01E, 01F, 01G, 01H, 01I, 01K du dispositif médical dénommé "aiguilles 8mm et 12mm UNIFINE pour stylo injecteur d'insuline" (respectivement ACL 724 739.9 et ACL 724 738.2) suite à un risque d'aiguilles bouchées partiellement ou complètement.

Compte-tenu du nombre réduit de destinataires, la société Owen Mumford Ltd. a informé ceux-ci directement.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

<http://www.hosmat.fr>