



27 mai 2002

Retrait de lots de seringues CT Tri-Pak pour injecteur CT de la société MEDRAD

La société MEDRAD retire du marché les lots **29764**, **29765** et **29766** de seringues stériles **CT Tri-Pak référence CTP-200-FLS** qui sont utilisés avec les injecteurs CT suite au risque de dépassement du taux maximal d'endotoxines défini dans leurs spécifications.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

<http://www.hosmat.fr>