



28 juin 2002

## Retrait de lots du dispositif Opafuseur SR LP référence 86773R de la société B Braun Medical

La société **B Braun Medical** a **retiré du marché le 18 juin 2002** les lots **00K18821PD**, **00K26821PD**, **00L09821PB**, **01D02821PC**, **01G18821PB**, **01I10821PC** du dispositif médical dénommé **Opafuseur SR LP** référence 86773R suite à quelques cas de désolidarisation au niveau de la connexion tubulure - chambre au moment de la manipulation du dispositif.

L'Opafuseur est un perfuseur par gravité, opaque pour produits photosensibles.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

<http://www.hosmat.fr>