



1 septembre 2003

## **Retrait de lots de cathéters veineux centraux de la société BECTON DICKINSON**

La société BECTON DICKINSON retire du marché les références et les lots (précisés en annexe) de dispositifs médicaux dénommés cathéters veineux centraux BD Hydrocath, BD Careflow, BD Secalon Seldy et kits d'introduction percutanée BD Exacta suite à une augmentation des déclarations de matériovigilance au niveau mondial, rapportant des cas de rupture partielle des guides d'introduction en J fournis avec ces cathéters ou dans le kit d'introduction percutanée.

Ces dispositifs sont utilisés notamment dans les services d'anesthésie et réanimation, soins intensifs et cardiologie).

Les destinataires concernés sont prévenus directement par le fabricant ou le distributeur de ces dispositifs. Pour plus de précisions, le message adressé par la société BECTON DICKINSON aux utilisateurs.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>