



4 mars 2003

Retrait de lots de dispositifs médicaux des sociétés Ercelab Vermed, Moria et Odon Life Technology

A la demande de l'AFSSAPS et par mesure de précaution les sociétés Ercelab Vermed Moria et Odon Life Technology retirent du marché les dispositifs médicaux cités ci-dessous suite à un doute relatif à la croissance de l'un des indicateurs biologiques placés dans le cycle de stérilisation effectué par un sous-traitant commun.

Société Ercelab Vermed :

extensions à valve référence 85016 lot 44463A

Ce dispositif est utilisé lors de la réalisation de bilans urodynamiques.

Société Moria :

des anneaux et têtes de microkératomes référence 19321/130 lot DISP-1 008

des tubulures d'aspiration pour microkératomes référence 19138 lot TUE LSK 057

des lames pour microkératome M2 référence 19329 lots LAM M2F 037 et 038.

Société Odon Life Technology :

anses à polypectomie référence 02APO3001 lot 02472 et références 02APO4001 lots 02474 et 02475.

Les destinataires ont été informés directement par les fabricants

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.