



9 octobre 2003

## **Rappel de lots de "prothèses fémorales SEM III titane" fabriqués entre 1997 et 2001**

La société Science et Médecine a informé l'AFSSAPS le 17 septembre 2003 qu'elle procédait au rappel des lots de prothèses fémorales SEM III titane fabriqués entre janvier 1997 et mars 2001. Les courriers ci-joints ont été adressés par la société Science et Médecine aux chirurgiens orthopédistes et aux correspondants locaux de matériovigilance des 88 établissements de santé concernés. Les références et numéros de lots des dispositifs rappelés figurent sur la liste jointe à ces courriers.

Ce dossier est en cours d'évaluation en matériovigilance par l'AFSSAPS. Les chirurgiens concernés ont été directement informés de l'état d'avancement des investigations menées par l'AFSSAPS.

Courrier de l'AFSSAPS  
Courrier de Science et Médecine du  
15/09/2003 Courrier de Science et Médecine  
du 17/09/2003 Liste des lots des dispositifs  
rappelés

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>