



14 mars 2003

Courrier d'information concernant l'échange des pompes D-TRON par le modèle D-TRONplus et les précautions d'utilisation transitoire.

En accord avec l'AFSSAPS, suite à plusieurs rapports d'incidents (dont aucun en France) relatifs à des administrations involontaires de bolus, la société Disetronic a diffusé un courrier d'information concernant l'échange des pompes D-TRON par le modèle D-TRONplus et des recommandations d'utilisation transitoire des pompes D-Tron, aux patients porteurs de ces pompes à insuline, via leur prestataire de service, avec copie pour information aux prescripteurs.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>