



14 mai 2003

**Retrait de lots de couvre-sondes pour sondes d'échographie références 87602, 87110, 87108, 87107, 87106 de la société ALLEGIANCE SANTE**

L'AFSSAPS a été informée le 5 mai 2003 du retrait suivant: la société ALLEGIANCE SANTE a retiré du marché les références 87602, 87110, 87108, 87107 et 87106 (tous les lots antérieurs au lot 20031383) du dispositif médical dénommé couvre-sondes pour sondes d'échographie suite à un niveau anormalement élevé de défauts à savoir la présence de trous sur la soudure.

Ces dispositifs sont utilisés pour recouvrir les sondes d'échographie au cours d'un examen de l'oesophage pour éviter une éventuelle contamination du patient par la sonde elle-même. Le fabricant a prévenu les distributeurs qui assurent directement le retrait auprès de leurs clients.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>