



17 septembre 2003

## **Retrait de lot de seringues à insuline de la société CODAN**

La société CODAN France retire du marché le lot 80832 de la référence 62.1663 dénommée seringue à insuline suite au signalement d'un incident à savoir le mélange de seringues à insuline avec des seringues à tuberculine dans le même carton étiqueté "seringues à insuline".

Les 15 clients concernés (hôpitaux et cliniques) sont prévenus directement par le fabricant.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>