



21 juillet 2003

## **Retrait de lots de sets de soins du Laboratoire PHARMASET**

Suite au retrait des lots 438396B (péremption 11/2006), 439362B (péremption 12/2006) et 443510B (péremption 09/2007) d'ampoules de 20 ml de chlorure de sodium 0.9% AGUETTANT le 27 juin 2003 ( dû à la mise en évidence de particules étrangères dans quelques ampoules), le Laboratoire PHARMASET retire du marché les sets de soins contenant ces lots d'ampoules.

Les ampoules de chlorure de sodium contenues dans ces sets sont utilisées pour rincer ou purger des dispositifs ( cathéters, tubulures...)

Chaque destinataire sera informé directement des références et des lots de sets (contenant les lots d'ampoules ayant fait l'objet du retrait) qui lui ont été envoyés.

Environ 30 lots de sets sont concernés chez 74 clients.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>