



24 février 2003

Rappel de piles Lithium pour défibrillateurs Fred de la société Schiller

En accord avec l'AFSSAPS, la société Schiller a procédé au rappel de piles Lithium pour défibrillateurs Fred, fabriquées avant octobre 2002. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>