



24 mars 2003

Retrait de lots de diffuseur portable Easypump LT 60-24 distribué par B.Braun Medical

En accord avec l'AFSSAPS et sur demande du fabricant I Flow Corporation, la société B.Braun Medical retire du marché le lot 2A2469 de la référence 4434366 (code ACL 7732060) B10 et le lot 2A2470 de la référence 4434367 (code ACL 7403965) B1 du dispositif médical dénommé diffuseur portable Easypump LT 60-24 suite à un signalement pour débit trop rapide.

Compte-tenu du nombre réduit de destinataires des lots concernés, ceux-ci ont été prévenus directement par B.Braun Medical.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>