



25 février 2003

Informations sur les lits médicaux à hauteur variable.

DM-RECO 03/01

Suite à plusieurs signalements d'incidents de matériovigilance impliquant des piégeages de patients sous des lits médicaux à hauteur variable de différentes marques, l'AFSSAPS diffuse une information à l'attention des directeurs d'établissement de santé et des correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés et au service des achats.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>