



25 août 2003

Rappel des inserts tibiaux PLUS Endoprothetik, ref RT-PLUS et RT-PLUS Modular 17mm

La société PLUS Endoprothetik a informé l'AFSSAPS le 5 août 2003 qu'elle procédait, depuis le 31 juillet 2003, au rappel des inserts tibiaux en polyéthylène RT-PLUS et RT-PLUS Modular d'épaisseur 17 mm, suite à la rupture de l'un de ces inserts survenue en Grèce au mois de mai 2003.

Les références rappelées sont :

inserts avec clamps :

24049,
24059,
24069,
24079,
24089.

inserts sans clamps :

24044,
24054,
24064,
24074,
24084.

71 inserts tibiaux RT-PLUS et RT-PLUS Modular de 17 mm d'épaisseur ont été distribués en France; une trentaine ont été implantés.

Aucun autre incident concernant ces références n'a été notifié à la matériovigilance.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>