



26 mars 2003

Information concernant le lavage et la désinfection du canal de lavage "water-jet" des coloscopes EXERA séries 145 et 160, de marque Olympus.

En accord avec l'AFSSAPS, suite à plusieurs signalement d'incidents de matériovigilance concernant le canal de lavage "water jet", la société Olympus a diffusé, le 21 mars, un courrier d'information concernant le lavage et la désinfection de ce canal auxiliaire spécifique des coloscopes EXERA séries 145 et 160, aux utilisateurs de ces appareils.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>