



1er juillet 2004

Retrait de lots d'embases tibiales et des inserts associés de la société SMITH et NEPHEW

L'AFSSAPS a été informée d'un retrait de tous les lots des références précisées dans la liste jointe, d'embases tibiales métalliques et des inserts associés Genesis Uni effectué par la société SMITH et NEPHEW le 18 juin 2004, suite à des problèmes d'encliquetage per-opératoire des inserts sur les embases tibiales rapportés aux USA. Aucune complication post-opératoire n'a été rapportée à ce jour.

Les 12 établissements de santé concernés par ce rappel en France ont été prévenus directement.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>