



3 mars 2004

Retrait d'un lot du dispositif CELSITE BRACHIAL de B.Braun Medical

En accord avec l'AFSSAPS, la société B.Braun Medical a retiré du marché le lot A0492270 de la référence 04433734 du dispositif médical dénommé CELSITE BRACHIAL (chambre implantable) suite à un problème de compatibilité entre l'introducteur pelable 5F et le guide 0.035 dû à une réduction du diamètre de l'introducteur, en réponse à une demande client.

Les 5 destinataires de ce lot ont été prévenus directement par le fabricant.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>