



3 août 2004

Rappel de lots du DM électrodes de défibrillation collables par Schiller Medical

La société Schiller Medical retire du marché les lots portant les dates de péremption comprises entre août 2004 et novembre 2004 du dispositif médical dénommé électrodes de défibrillation collables - référence W1410241, fabriquées par UnoMedical / Maersk / Niko, liées à ses défibrillateurs FRED, suite à plusieurs signalements de dysfonctionnements.

Ces dysfonctionnements semblent dus à un mauvais vieillissement des électrodes suite à la fragilité de leur sachet d'emballage.

à noter : les lots concernés par ce rappel sont facilement reconnaissables à la couleur blanche des sachets d'emballage ; les clients concernés sont directement prévenus par la société Schiller.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>