



4 juin 2004

## **Retrait d'un lot d'une rampe de 3 robinets de la société Laboratoire CAIR LGL**

En accord avec l'AFSSAPS, le Laboratoire CAIR LGL retire du marché le lot 04D13-E de la référence RPB 3315A du dispositif médical dénommé "rampe de 3 robinets lipido-résistante avec support intégré et prolongateur PE/PVC" suite à une non conformité dimensionnelle pouvant entraîner un défaut d'étanchéité au niveau des connexions avec la rampe.

Les 13 utilisateurs de ce lot ont été prévenus directement par le fabricant.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>