



7 mai 2004

Rappel de sondes d'instillation vésicale LoFric Insti-Cath société Astra Tech

L'AFSSAPS a été informée d'un rappel de plusieurs lots de sondes d'instillation vésicale LoFric Insti-Cath effectué par la société Astra Tech le 30 avril 2004 suite à un problème qualité sur les embouts luer-lock.

Les établissements de santé concernés par le rappel, en France, ont reçu le courrier .

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>