



12 février 2004

Retrait de lots d'aiguilles BD PrecisionGlide de la société BECTON DICKINSON

En accord avec l'AFSSAPS, la société BECTON DICKINSON retire du marché les lots dont la liste est ci-jointe, des références 360212 et 360213, suite à une augmentation du nombre de cas de désadaptation de l'aiguille du corps de prélèvement, habituellement associé, lors d'un prélèvement de sang.

Le fabricant prévient directement les utilisateurs concernés en leur adressant la liste des lots qu'ils ont reçus.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>