



14 juin 2004

Retrait de lots de multi-applicateurs de clips endoscopiques de la société ETHICON

En accord avec l'AFSSAPS, la société ETHICON ENDO-SURGERY retire du marché les lots dont la liste est jointe, des dispositifs médicaux dénommés multi-applicateurs de clips endoscopiques LIGACLIP ERCA code produit ER320 et des kits Flex Tray incluant la référence ER320, suite à plusieurs signalements au niveau mondial, de croisement des clips, susceptible d'entraîner une suture incorrecte des vaisseaux.

Les établissements de santé concernés par ce rappel, ont reçu le courrier à l'attention des correspondants locaux de matériovigilance, des pharmaciens et des directeurs.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>