



17 mai 2004

Retrait d'un lot de blépharostats du Laboratoire 3S Medikal

A la demande de l'AFSSAPS et suite à une inspection, le Laboratoire 3S Medikal retire du marché le lot 030825 du dispositif médical dénommé blépharostat suite à l'absence de marquage CE de conformité et de validation de la stérilisation.

Ces dispositifs sont distribués par la société PRODIS qui informera directement les utilisateurs de ce lot.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>