



18 mai 2004

## **Recommandations sur les inserts de protheses de hanche ABG1 de la société Stryker**

En accord avec l'AFSSAPS, la société Stryker a adressé, le 14 mai 2004, la note d'information aux correspondants locaux de matériovigilance et aux directeurs des établissements de santé concernés pour diffusion aux chirurgiens orthopédistes.

Cette note d'information fait suite à l'émission d'une notification de la MHRA (autorité compétente anglaise) relative à la constatation de cas d'usure précoce d'inserts de prothèses totales de hanche ABG1 en polyéthylène commercialisés par la société Stryker.

Notification de la MHRA (autorité compétente anglaise) - version française

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>