



23 avril 2004

Rappel de piles au lithium pour défibrillateurs externes Lifepak 500 Medtronic

En accord avec l'AFSSAPS, la société Medtronic a informé le 21 avril 2004 les utilisateurs de défibrillateurs Lifepak 500 d'un rappel de piles lithium suite à des dysfonctionnements consécutifs à la rupture d'un des éléments de la pile.

Les établissements de santé concernés par le rappel, en France, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance, pour diffusion aux services concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>