



25 novembre 2004

## **Retrait de lots d'agrafeuses linéaires endoscopiques / Ethicon Endo- Surgery**

Le 24 novembre 2004, la société Ethicon Endo-Surgery a retiré du marché les lots et les références figurant en pièce jointe du dispositif médical dénommé agrafeuses linéaires endoscopiques suite à l'augmentation de réclamations relatives à des cas de formation de ligne d'agrafage incomplète susceptible d'entraîner une mauvaise restauration de la fonctionnalité des tissus agrafés.

La société a prévenu directement les utilisateurs des lots concernés par ce rappel à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par la société.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissement et aux correspondants locaux de matériovigilance.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>