



26 octobre 2004

Retrait de lots de site de prélèvement Secure System et Kids Kit de Medex Medical

Le 22 octobre 2004, la société Medex Medical a retiré du marché les références et les lots précisés dans la liste jointe en annexe du dispositif médical dénommé "Secure System" et "Kids Kit" site de prélèvement suite à un risque de développement de lignes de fracture au niveau du corps de ce site, pouvant fragiliser l'ensemble et entraîner des délogements du septum.

Aucun signalement n'a été rapporté en Europe à ce jour.

La société Medex Medical a prévenu directement les utilisateurs à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>