



27 août 2004

## **Retrait de lot de ligne de dialyse de la société Fresenius Medical Care**

En accord avec l'AFSSAPS, la société Fresenius Medical Care retire du marché le lot LEG182 (sous-lots LEG182 00 et LEG182 01) de la référence 5016631 du dispositif médical dénommé ligne AV-Set FMC (FA 204 C/FV 204E) BVM suite à plusieurs signalements de fuite de sang au niveau du piège à bulles veineux.

Les 15 établissements de santé concernés par ce rappel sont prévenus directement au moyen du message .

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>