



27 décembre 2004

Information concernant les centrales de surveillance CIC, société GE Medical System

En accord avec l'AFSSAPS, la société General Electric Medical System a informé le 24 décembre 2004 les utilisateurs de centrales de surveillance CIC GE versions 3.x, 4.0.5, 4.0.6 d'une notification suite à des cas de dysfonctionnements provoqués par le lancement de certains types d'impression. Il existe un risque d'arrêt du monitoring de la centrale.

Les établissements de santé concernés en France ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé, correspondants locaux de matériovigilance et ingénieurs biomédicaux, pour diffusion aux services utilisateurs.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>