



28 juillet 2004

Rappel de ceintures de maintien SEGUFIX par la société ADHESIA Laboratoire

En accord avec l'AFSSAPS, la société Adhésia Laboratoire procède au rappel des ceintures de maintien Segufix références SG00, SG01 et SG 02, non munies de sangles latérales fixées sur la ceinture suite à plusieurs incidents graves de matériovigilance. Les utilisateurs de ces ceintures de maintien ont été informés le 26 juillet 2004 de ce rappel par le courrier .

Ce rappel fait suite à une notification de l'autorité compétente allemande (Bfarm).

Cette information concerne les Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés notamment les services de gériatrie et de psychiatrie.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>