



8 avril 2004

Alerte sur les lits médicaux électriques équipés de pédales de commande de hauteur variable

En raison de la persistance de signalements d'incidents graves en relation avec un déclenchement involontaire d'un mouvement du lit électrique par action sur la pédale de commande de hauteur variable, l'Afssaps diffuse l'alerte à destination :

- des directeurs d'établissement de santé et des correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services techniques, biomédicaux, achats et aux services de soins.
- de la direction générale de l'action sociale pour diffusion aux directeurs d'établissements pour personnes âgées et handicapées.

Chaque établissement doit procéder ou faire procéder à l'inactivation des pédales de commande de hauteur variable sur les lits médicaux électriques suivant les protocoles spécifiques établis par les fabricants. Les procédures d'inactivation qui nous ont été transmises par les fabricants sont disponibles à partir de la liste ci-dessous.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure.

Liste des fabricants distribuant en France des lits équipés de pédales de commande de hauteur variable
mise à jour : 14/04/04

Pour obtenir le protocole (format pdf), cliquez sur le nom du fabricant

Fabricant	date de mise à jour	Fabricant	date de mise à jour
Ateliers du Haut forez	14/04/04	Matifas	07/04/04
Corona	14/04/04	Medicatlantic	13/04/04
Edena	13/04/04	Meyra- aucun produit distribué en France	sans objet
Hill-rom	14/04/04	Mmo	08/04/04
H.n.e	07/04/04	Sotec	08/04/04
Malvestio	en attente	Tasserit	en cours

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>