



9 mars 2004

Rappels des précautions d'utilisation des cryodes d'éveinage et du générateur ErbocryoCA ERBE

En accord avec l'AFSSAPS, la société ERBE Médical a diffusé le 5 mars 2004 un rappel des précautions d'utilisation des cryodes d'éveinage et des générateurs Erbocryo CA aux utilisateurs de ces dispositifs suite à un incident grave ayant entraîné une embolie gazeuse lors d'une exérèse de varice (stripping).

Les 93 établissements de santé concernés par ce rappel en France ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs des établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services de chirurgie vasculaire et de pneumologie. Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par l'AFSSAPS.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>