



17 mai 2004

Action corrective sur les moniteurs défibrillateurs externes Lifepak 12 de la société Medtronic

En accord avec l'AFSSAPS, la société Medtronic a informé le 15 mai 2004 les utilisateurs de moniteurs défibrillateurs Lifepak 12 d'une action corrective d'amélioration de la fiabilité des connecteurs de thérapie, des câbles de thérapie et des connecteurs ECG.

Les établissements de santé concernés par cette action corrective, en France, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>