



21 juillet 2004

## **Retrait de lots de couteaux MVR BD Edge Ahead de la société Becton Dickinson**

En accord avec l'AFSSAPS, la société Becton Dickinson retire du marché tous les lots jusqu'au lot 4173184 inclus, de la référence 585240 du dispositif médical dénommé couteau MVR BD Edge Ahead Droit 1.1 mm suite à un risque de désadaptation entre la lame et le manche de ce dispositif. Ce dispositif est utilisé en chirurgie ophtalmique pour la réalisation de sclérotomie.

Aucun incident n'a été rapporté à ce jour en France.

Les établissements concernés ont été informés directement par le fabricant à l'aide du message.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>