



9 juin 2005

## **Information concernant certains défibrillateurs externes Lifepak 500 de la société Medtronic**

En accord avec l'AFSSAPS, la société Medtronic a informé le 30/05/2005 les utilisateurs de certains défibrillateurs externes Lifepak 500 utilisant les électrodes Quick-Combo de la mise en place d'une action corrective suite à l'identification d'un risque d'absence d'analyse et de traitement du patient.

Les établissements de santé concernés par cette information, en France, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance, pour diffusion aux services concernés. Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>