



1er août 2005

Retrait de lots de DM Stents Bard® LUMINEXX® 3 - BARD

La société BARD a retiré du marché le 26 juillet 2005, les lots et références cités en annexe des dispositifs médicaux dénommés Stent biliaire Bard® LUMINEXX® 3 et Stent vasculaire Bard® LUMINEXX® 3.

Cette décision fait suite à des modifications réalisées au cours du procédé de fabrication des stents qui seraient susceptibles de provoquer un dysfonctionnement des dispositifs.

La société a prévenu directement les destinataires du lot incriminé à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par l'industriel.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>